

PROTOKOL

o zaškolení personálu a provedení provozní zkoušky přístroje

Na základě požadavku Fakultní nemocnice v Olomouci, provedla naše firma dne 15.7.2005 na Neurochirurgickém oddělení – operačních sálech, zaškolení personálu do provozu u následující techniky :

Druh a typ přístroje:	Výrobce :	Výrobní číslo:	Poznámka :
Defibrilátor SD 12	Chirana	AK 840	Seznámení s příslušenstvím pro interní defibrilaci

U zařízení je k dispozici návod k použití v českém jazyce.

Po provedené provozní zkoušce za přítomnosti níže podepsaných zástupců bylo shledáno zařízení schopné provozu a do odborné obsluhy a ošetřování přístroje byl zapracován personál oddělení – p. Prášilíková, p. Martínková, p. Foukalová.

Připomínky zákazníka:.....
.....
.....

Podpisy zástupců

Zákazník

FORMED spol. s r. o.
Bludovice 103
741 01 NOVÝ JIČÍN
Technici Formedu
Šenfelder-Fürst