

Fakultní nemocnice Olomouc
Neurochirurgická klinika – paní Zavadilová
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU

Dne 6.2.2008 bylo provedeno školení na :

Průběžnou svářečku sterilizačních obalů
RS 120, v.č. 3203785/0404

Školení provedl servisní technik : Igor Palán

Zaškoleni: ZAVADILOVÁ 

Uz' Guaz

LYD' CAGASOVA'

TRIDALOVA' 

FOUKALOVA' Foukalova
ŘÍHOVA' Říhova

Razítko a podpis:

 [®] ⑤
autorizovaný dealer STERIPAK MEDICAL
Poděbradova 849, 664 42 Modřice
tel.: 547 422 240, fax: 547 243 603
Č: 26225484, DIČ: CZ26225484


ZAVADILOVÁ S.
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 580 443 456
Neurochirurgická klinika
Operační sál
Předseda: Pm. MUDr. Michael Hordet, CSc.

ZÁPIS O PŘEVZETÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

ČÍSLO A NÁZEV ORGANIZACE

00098892

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ

KÓD ZMĚNY

INV. ČÍSLO A NÁZEV STROJE

22668

SVARČEČKA NA FOLIE

TYP

RS 120

ČÍSLO A NÁZEV INV. ÚSEKU

25

I. Chirurgická klinika

odd. 8

TŘÍDA, JKPOV

SKP

ČÍSLO

Pořiz. cena

DPH

Oprávk

Odp. sazba

Rok. poř.

Obd. zař

69.377,-

POKLAD

Č. zápisu

Číslo HS

Č. faktury

Odvětví

Zp. poř.

Zp. využ.

870

Asport

Rok výroby

Druh PC

Technol. znak

2007

Důležitost

Složitost oprav. činnosti

1 - nezbyt. 2 - významný 3 - potřeb. 4 - ost.

1 - běžná 2 - náročná 3 - složitá 4 - RDP

Technický stav

Přemístitelnost

1 - dobrý 2 - opotřebený 3 - morálně zast.

1 - přenosný 2 - pojízdný 3 - stabilní

Druh a periodicita revize

01 - elektro

02 - TN

03 - plyn

04 - el+TN

05 - el+pl

06 - tn+pl

07 - el+tn+pl

08 - os

l. příkon W

El. napětí V

Délka cm

Šířka cm

Výška cm

Hmotnost kg

p. páry

Tl. páry

Sp. vody

Tl. vody

Sp. plynu

Tl. plynu

ČÍSLO

Název

Výrobní číslo (18)

Výrobce

WIPAK MEDICAL

32 037P5/0404

Dodavatel

HEPIMED

Doba garance (6)

28.5.2007

Verze

STERIPAK

Kód a název země původu

Dopl. údaje:

FINSKO