

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Jecmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Belá
IČO: 633 06 743 DIČ:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL

o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spořřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.

Datum: **16.10.2008**Jméno technika : **Jan Skácel**Osobní číslo : **0559/2/04/R-EZ-EZ/A**Typ měřičho přístroje: **Revex 2051**Výrobní číslo: **708 0 136**Typ měřičho přístroje: **RM 2050**Výrobní číslo: **40 30 274**

Typ měřičho přístroje:

Výrobní číslo:

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,404
Ω
Odpor ochranného vodiče: Rp $\underline{\Delta}$ (Ip = 10 A).....0,11
Ω
Izolační odpor R Iso (Up = 500V).....100
MΩ
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,056+0,037
mA
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....
mA
Dotykový proud přímá metoda:.....
mA
Dotykový proud rozdílová metoda:.....
mA
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,091
mA
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....
mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....
mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí
s pomocným zdrojem:.....
mA
Napájecí napětí:.....236
V
Napájecí proud:.....0,1
A
Příkon:.....
W
cos φ :.....

Revize provedena s výsledkem: **vyhověl**

Bezpeč. tech. kontrola provedena s výsledkem:

vyhovuje

Proveřovaný přístroj vyhovuje tech. předpisům podle nich
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití
dle zákona č. 346/2003 sb. §52 odst. 4.

Příští revize (kontrola): za rok

Stav přístroje:
Mechan.-poškození:.....opraveno.....
Přívody:.....vypořádku.....
Stav krytí:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....

Umístění spotřebiče:.....k. anestez a res. JIP
Druh spotřebiče:.....elektrické lůžko Evolutionbed

Oddělení:
K. anestez. a resuscitace JIP

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Třída ochrany : I, IIa, IIb, III
Typ/ zařazení : B, BF, CF
Výrobce :
Výrobní číslo : I-018820-000
Inv. číslo : ano
Provozní zkouška : ano

Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1 x zákazník
1 x revizní technik