

Fakturační adresa:

Jan Skácel  
Fakultní nemocnice Olomouc  
724 00 Olomouc Stará Hela  
Iso: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05  
Tel: 603 181 006

## PROTOKOL

o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje  
Elektrický měřicí přístroj Revex 2051  
00.ČSN 33 16 10.

Datum: 16.10.2008

Jméno technika : Jan Skácel

Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A

Typ měřicího přístroje: Revex 2051

Výrobní číslo: 708 0156

Typ měřicího přístroje: RM 2050

Výrobní číslo: 40 30 274

Typ měřicího přístroje:

Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ

I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouc

Oddělení:

Kl.anestez. a resuscitace JIP

### Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....  
Odpor ochranného vodiče: Rp UA (Ip = 10 A).....  
Isolační odpor: R iso (Up = 500 V)..... 100  
Proud ochranným vodičem přímá metoda :..... 0,037+0,062  
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....  
Dotykový proud přímá metoda:.....  
Dotykový proud rozdílová metoda:.....  
Náhodná unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:..... 0,099  
Náhodná unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....  
Napájecí napětí:..... 234,2  
Napájecí proud:..... 0,1  
Příkon:.....  
cos φ :.....

Ω  
Ω  
MΩ  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
V  
A  
W

Revize provedena s výsledkem: vyhověl

Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem:  
vyhovuje

Proveřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich  
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití  
dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.

Příští revize (kontrola): za rok



Tento protokol má 1 stranu.  
Počet vyhotovení: 2  
Rozdělovník: 1x zákazník  
1x revizní technik