

Martin Bičístě -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: ENTERÁLNÍ PUMPA FLOCARE 800	Výrobní číslo : 88041357 Invent. číslo: D304085-000	Uživatel: FN OLOMOUC Oddělení:
---	--	--

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			OK
Klávesnice-folie/ovládací prvky			OK
Síťová zásuvka a kabel			OK
Svěrka			OK
Baterie /akum./-záložní zdroj			OK
Nožičky			OK
Rotorek			OK
Dokumentace			

Funkční zkouška

Průběh testu			OK
Zvukový-optický signál			OK
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			OK
Okluzní tlak			OK
Kontrola kapacity akumulátoru			OK
Signalizace displeje, indik. prvků			OK
Test-umlčení alarmu			OK
Kontrola rychlosti dávkování			OK

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 220 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : 0,13 Ohmů	Unikající proud : /PE 0,036 mA
----------------------	--	-----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:	ANO
Pokud NE - důvod:	

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 4/2008	Kontrolu provedl: VITOUŠ Datum : 14.4.2006 MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS Podpis : RESSLOVA 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 SERVIS - tel. 495 217 192 IČO CZ6404282192 IČO 155 91 051	Přístroj předán: Datum: Podpis :
---	--	--