

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
 provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KAR	Číslo smlouvy / objednávky: DIS0802912
	Inventární číslo: 20855	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita XL		Výrobní číslo: ARSN-0114	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 6.00	Rok výroby: 2002
Zkoušeno podle VDE 0751 <input type="checkbox"/> IEC 601 <input checked="" type="checkbox"/>	Třída ochrany: I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>	Typ: B <input type="checkbox"/> BF <input checked="" type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/>	Odpojitelný síťový přívod: ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ovládací prvky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alarmové a bezpečnostní funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Funkční kontrola přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrola měřených veličin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kalibrace měřených veličin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návod k použití	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Izolační stav přístroje:			
unikající proud síťová část – přístupná část:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
unikající proud síťová část – příložná část:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	08/2009
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	03/2010
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	03/2010

- Výsledek kontroly: přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do 11/2008
- přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 15. 10. 2008

Termín příští kontroly: 04/2009

Dräger Medical s.r.o.
 Pod Sychrovem I-81
 101 00 PRAHA 10