

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KAR	Číslo smlouvy / objednávky: DO 8563
	Inventární číslo: 20743	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita XL		Výrobní číslo: ARSN-0111	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 6.00	Rok výroby: 2002
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐	IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
		Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐	

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje
Ovládací prvky
Alarmové a bezpečnostní funkce
Funkční kontrola přístroje
Kontrola měřených veličin
Kalibrace měřených veličin
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☐	☒	☐
☒	☐	☐
☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I): 0,10 Ω
Izolační stav přístroje:
unikající proud síťová část – přístupná část: 0,22 mA
unikající proud síťová část – příložná část: 0,003 mA

vyhovuje
ano ne

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 8. 3. 2006

Termín příští kontroly: 10/2006

Drägermedical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10