

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KAR	Číslo smlouvy / objednávky: DO 8563
	Inventární číslo: 20855	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita XL	Výrobní číslo: ARSN-0114	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 6.00	Rok výroby: 2002
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☒	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,11 Ω	☒
Izolační stav přístroje:		
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,21 mA
unikající proud	síťová část – příločná část:	0,002 mA

Použité měřicí přístroje:


Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

Výsledek kontroly:	☒	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
	☐	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
	☐	přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 8. 3. 2006

Termín příští kontroly: 10/2006