

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): KAR	Číslo smlouvy / objednávky: DO 8563
	Inventurní číslo: 21052	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor Oxylog 3000		Výrobní číslo: SRTA-0054	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 1.03	Rok výroby: 2003
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☐ II ☒	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☒	☐	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☐	☐	☒
Izolační stav přístroje:			
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,008 mA	☒
unikající proud	síťová část – příložná část:	mA	☐

Použité měřicí přístroje:


Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006

Výsledek kontroly:	☒	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
	☐	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
	☐	přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 9. 3. 2006

Termín příští kontroly: 03/2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10