

**Protokol o provedení periodické kontroly**  
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**5230601**  
Číslo protokolu*Název přístroje***Total Care***Výrobní číslo přístroje***D301AH6109***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***I b***Umístění přístroje***ARO***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 21/09/2006Termín příští kontroly:

| Měsíc | Rok  |
|-------|------|
| 9     | 2007 |

**DARTIN**  
s.r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6  
Tel./fax: +420 241 470 361  
IČ: 40763791 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: \_\_\_\_\_

**Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**  
**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076    www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

**ZÁKAZNÍK**

*Fakultní nemocnice  
OLOMOUČ - ARO  
II.P. Pavlov 6  
75 20 Olomouc*

**TECHNIK**

*PEŠ Ō.*

**MONTÁŽNÍ LIST Č.**

*523-06*

**ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY** **ZE DNE**

**UVEDENÍ DO PROVOZU** ☐ **MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA**

**ZÁRUČNÍ OPRAVA** ☒ **PERIODICKÁ KONTROLA**

| ZAŘÍZENÍ           |                                | KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ |                   |                    |               |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| VÝROBNÍ ČÍSLO      | Typ                            | PŘECHODOVÝ<br>ODPOR               | IZOLAČNÍ<br>ODPOR | UNIKAJÍCÍ<br>PROUD | VÝHO-<br>VUJE |
| <i>D301AH 6109</i> | <i>TOTAL CORE PA00 F005709</i> | <i>0,10 Ω</i>                     | <i>219,98 MΩ</i>  | <i>0,4 mA</i>      | <i>AN</i>     |
|                    |                                | Ω                                 | MΩ                | mA                 |               |
|                    |                                | Ω                                 | MΩ                | mA                 |               |
|                    |                                | Ω                                 | MΩ                | mA                 |               |
|                    |                                | Ω                                 | MΩ                | mA                 |               |

Typ měřicího přístroje: „MEDITEST 50“ - Výrobní číslo: 976690/20507/200314.

**DRUH PRÁCE**

*TC: PK, kontrola FCE, nefunkční "přechodování" kolen - závada na  
řídící hydraulice - demontáž vadné komplete, diagnostik. test,  
vada založení baterie - vyčistit, provizorně opraveno část pístu -  
př. nejlépe servis opravit*

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŮJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM  
A UMOŽNUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO ☐ NE

\* NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE

| ODPR. HODINY | SAZBA Kč     | UJETÉ KM | SAZBA Kč | ZTRÁT. ČAS | SAZBA Kč | MĚŘ. IZ. ST. | SAZBA Kč |
|--------------|--------------|----------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| <i>2</i>     | <i>754,-</i> |          |          |            |          |              |          |

| OBJ. Č.          | NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL | POČET            | CENA/KS       | CELKEM          | VÝKONY                   |               |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| <i>498510</i>    | <i>PÍST</i>              | <i>1</i>         | <i>1050,-</i> | <i>1050,-</i>   | CEST. NÁKLADY            | <i>1408,-</i> |
|                  |                          |                  |               |                 | VÝJ. POPLATEK            |               |
|                  |                          |                  |               |                 | ZTRÁT. ČAS               |               |
|                  |                          |                  |               |                 | ND + MATERIÁL            | <i>1408,-</i> |
|                  |                          |                  |               |                 | MĚŘ. IZ. STAVU           |               |
|                  |                          |                  |               |                 | PK: TC                   |               |
| PRÁCI PŘEVZAL    |                          | PRÁCI PROVEDL    |               |                 |                          |               |
| <i>21.9.2006</i> |                          | <i>21.9.2006</i> |               |                 |                          |               |
| DATUM A JMÉNO    |                          | RAZÍTKO A PODPIS |               | PODPIS TECHNIKA | CELKEM V Kč<br>(BEZ DPH) | <i>2458,-</i> |