

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUC

ARO

TECHNIK

PEVĚ O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

335 - 07

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

20.6.66,

UVEDENÍ DO PROVOZU

☒

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☒

PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
439444 14508	LÚŽKO EVOLUTION LI 156E - EV.Č. AP20	413 Ω	219,55 MΩ	0,10 mA	ANO
HRP 007 2414	— II — LI 156E - EV.Č. 21058	0,18 Ω	219,55 MΩ	0,08 mA	ANO
P.304 AN 4644	LÚŽKO TRANSISTOR P4040 EV.Č. 21075	— Ω	— MΩ	— mA	—
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690 (205014) 200314

DRUH PRÁCE

EVO(538): PK, KONTROLA FCE, PRAVĚLO ODKL. ŽEŠKA NA MONITOR,

EVO(414): PK, KONTROLA FCE, ZJIŠTĚNÍ ZAVADY NA PRAVĚLO OUL. PŘESKOVÁNÍ, NEVYHODNĚNÍ MATRIKY - POŠKOZENÁ, POTŘENÁ VÝPLŇ

TRANSISTOR: PK, KONTROLA FCE, NEFUNKČNÍ JEDN. NOL. ČÁSTI KOLEKTA, DLOUHÁ JEL. PŘÍKA, VÁŽENÁ ED. KONT.

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO ☐ NE

* NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
1	753,-					2	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
406767	OVL. RADIOM. JEDN.	1	463,-	463,-	CEST. NÁKLADY	753,-
					VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	463,-
					MĚŘ. IZ. STAVU	
					PK: EVO	
					PK: EVO	
					PK: TRANSISTOR	
					CELKEM V KČ (BEZ DPH)	1216,-

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

DATUM A JMÉNO

16.5.2007

FARNOST OLOMOUC
Klinika a nemocnice
LP. Pánova 6, 775 00 Olomouc, 839 441 111
Předseda: MUDr. J. Věra
Rozhodl: MUDr. J. Věra

RAZÍTKO A PODPIS

DATUM

PODPIS TECHNIKA

16.5.2007

16.5.

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**3350701**

Číslo protokolu

*Název přístroje***Evolution LI 156C***Výrobní číslo přístroje***194536***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***I***Umístění přístroje***Klinika anesteziologie***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 16/05/2007Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

5**2008****DARTIN**
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
TEL: 261 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**3350702**
Číslo protokolu*Název přístroje*
Evolution*Výrobní číslo přístroje*
HRP0072414*Datum uvedení do provozu*
11.11.1111*Třída (klasifikace)*
I*Umístění přístroje*
Klinika anesteziologie*Provozovatel přístroje*
Fakultní nemocnice Olomouc*IČ provozovatele*
00098892*Město*
Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: **16/05/2007**Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
5	2008

DARTIN
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel: 221 470 361, 261 216 076
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**3350703**

Číslo protokolu

Název přístroje

TranStar P8040

Výrobní číslo přístroje

D304AN4644

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

I

Umístění přístroje

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO☐ NE

Kontrola provedená dne: 16/05/2007

Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
5	2008

DARTIN
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel: 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.