

Protokol o provedení periodické kontroly

dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.

3330701

Číslo protokolu

Název přístroje
Total Care
Výrobní číslo přístroje
D301AM6110
Datum uvedení do provozu
11.11.1111
Třída (klasifikace)
i
Umístění přístroje
klinika anesteziologie
Provozovatel přístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
IČ provozovatele
00098892
Město
Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**
☐ **NE**

Kontrola provedená dne: **16/05/2007**

Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

5	2008
----------	-------------

DARTIN
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: 241 470 361, 261 216 076
IČ: 49799781 • DIČ: CZ49799781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**3330702**
Číslo protokolu*Název přístroje***Total Care***Výrobní číslo přístroje***D301AM6108***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***I b***Umístění přístroje***ARO***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 16/05/2007Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

5

2008

DARTIN
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
Tel: +420 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

V Tišině 3/474, 160 00 Praha 6
OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666
IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

E-mail: servis@dartin.cz

MONTÁŽNÍ LIST Č.

333-07

ZE DNE

DO 8668, MS 0700962

PERIODICKÁ KONTROLA

TYP MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 1050111200314

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO ~~*NE~~

* NEHODÍČI SE ŠKRTNĚTE

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
484 0501	AKUMULÁTOR TC	11	2432,-	4864,-	CEST. NÁKLADY	453,-
					VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	4864,-
					MĚŘ. IZ. STAVU	292,- (13)
					PR : TC	1800,-
					PR : TC	—
PRÁCI PŘEVZAL		PRÁCI PROVEDL				
16. 5. 2004 Bc. Břetislav Němec Všeobecná nemocnice Olomouc Ústav pro anesteziologii a resuscitaci I.P. Příkova 5, 775 20 Olomouc, 588 441 111 MUDr. Ondřej Marek ANESTEZIOLOG A PODPIS		16. 05. 2004 [Signature]				
DATUM A JMÉNO		DATUM		CELKEM V KČ (BEZ DPH)		