

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

TECHNIK

PEN

MONTÁŽNÍ LIST Č.

521-06

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

☒ PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PRECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAČNÍ PROUD	VÝHO- VUJE
D 301 AM 6108	TOTAL CORE P1900 F005 409	0,09 Ω	<15,95 MΩ	0,18 mA	ANO
HRP 0042297	LI 156 EO	0,11 Ω	<15,95 MΩ	0,21 mA	ANO
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690-205011-200314.

DRUH PRÁCE

TC: (... 6108): PK, KONTROLA FCE, SAHOLOVNĚ PŘÍJEMNĚ KOLEM ČÁSTI - ZÁVADA NA
 PŘÍJEMNĚ HYDRAULIK. JEJEDNOTCE, VÝPĚVA VYNE ČÁSTI, KOMPLETACE, FUNKČNÍ TEST,
 VÍZVA KAPACITA AKUMULÁTORU (CH. KÓD 80 001 000 000 000 022 ?)
 LI 156 EO: PK, KONTROLA FCE, OHNUTÉ OVL. KOLEČKO, VADNĚ DRŽÍTEJ NA
 CEVĚ VNĚJŠÍ STRANĚ - NUTNĚ OPRAVIT, SINAK DEZ ZÁVAJ

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
 A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO

☐ NE

* NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
1	704,-					2	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
654 3032	SAHOLOVNĚ SPIRÁLA HYDR.	1	2479,-	2479,-	CEST. NÁKLADY	704,-
					VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	2.479,-
					MĚŘ. IZ. STAVU	
					PK: TC	
					PK LI 156	
					CELKEM V KČ (BEZ DPH)	3.183,-

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

DATUM A JMÉNO

DATUM

PODPIS TECHNIKA

21.9. 2006

21.9. 2006

Bc. Brno
 FAMULIN
 KLINIKA anesteziologie a resuscitace
 I.P. Pavlova 775 28 Olomouc 770 241 111
 telefonem

Protokol o provedení periodické kontroly

dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.

5210601
Číslo protokolu

Název přístroje
Total Care

Výrobní číslo přístroje
D301AH6108

Datum uvedení do provozu
11.11.1111

Třída (klasifikace)
I b

Umístění přístroje
ARO

Provozovatel přístroje
Fakultní nemocnice Olomouc

IC provozovatele
00098892

Město
Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO
☐ NE

Kontrola provedená dne: 21/09/2006

Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
9	2007

Razítko, podpis:

DARTIN
s.r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IC: 40769781 • DIČ: CZ40769781

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

Protokol o provedení periodické kontroly

dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.

5210602
Číslo protokolu

Název přístroje
Evolution

Výrobní číslo přístroje
HRP0072297

Datum uvedení do provozu
11.11.1111

Třída (klasifikace)
I b

Umístění přístroje
ARO

Provozovatel přístroje
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele
00098892

Město
Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**
☐ **NE**

Kontrola provedená dne: **21/09/2006**

Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
9	2007

DARTIN
s.r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 **www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.