

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**5200601**
Číslo protokolu*Název přístroje***V-Cue***Výrobní číslo přístroje***QC 100166***Datum uvedení do provozu***11.11.1111***Třída (klasifikace)***II a***Umístění přístroje***ARO***Provozovatel přístroje***Fakultní nemocnice Olomouc***IČ provozovatele***00098892***Město***Olomouc**

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: 21/09/2006Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
9	2007

DARTIN
s.r.o.V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IČ: 40783781 / DIČ: CZ40783781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

Fabulová nemocnice

OLOMOUČ - PRO

I.P. Pavlova 6

775 do Olomouce

TECHNIK

PEL O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

520-06

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

UVEDENÍ DO PROVOZU ☒ **MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA**

ZÁRUČNÍ OPRAVA ☒ **PERIODICKÁ KONTROLA**

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAČNÍ PROUD	VÝHO- VUJE
<i>QC 100 166</i>	<i>AKT. MATRACE V-CUE</i>	Ω	$M\Omega$	mA	
		Ω	$M\Omega$	mA	
		Ω	$M\Omega$	mA	
		Ω	$M\Omega$	mA	
		Ω	$M\Omega$	mA	

TYP MĚŘICHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 205011; 200314.

DRUH PRÁCE

V-CUE: PK, KONTROLA FCE, NÍZKÁ KAPACITA ZALOŽ. AKU - DEMONTÁŽ

PRŮBÍH JEDNOTKY, VÝMĚNA INTERIE, KOMPLETACE, DIAGNOSTIC

TEST, HORŠÍ STAV DOTYKOVÉHO POKRYTÍ, JEZ ZAČNÁ

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ***ANO** ☒ ***NE**

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
<i>1</i>	<i>704,-</i>						

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
<i>419 020 0027</i>	<i>BATERIE PRO V-CUE</i>	<i>1</i>	<i>3250,-</i>	<i>3250,-</i>	CEST. NÁKLADY	
					VÝJ. POPLATEK	
					ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	<i>3250,-</i>
					MĚŘ. IZ. STAVU	
					PK: V-CUE	<i>/</i>
PRÁCI PŘEVZAL		PRÁCI PROVEDL				
<i>11.9.2006</i>		<i>11.9.2006</i>				
<i>KLINICKÁ ANESTEZIOLOGIE A REANIMACE</i>		<i>KLINICKÁ ANESTEZIOLOGIE A REANIMACE</i>				
<i>LP. Pavlova 6, 775 00 Olomouc</i>		<i>LP. Pavlova 6, 775 00 Olomouc</i>				
<i>Převzal: MUDr. OTOPIK ROSTEK</i>		<i>Provedl: MUDr. OTOPIK ROSTEK</i>				
<i>97112</i>		<i>97112</i>				
<i>FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ</i>		<i>FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ</i>				
<i>DATUM A JMÉNO</i>		<i>DATUM</i>		<i>CELKEM V KČ (BEZ DPH)</i>		
<i>RAZÍTKO A PODPIS</i>		<i>PODПIS TECHNIKA</i>		<i>704,-</i>		

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

ARO
PROLOMOUČ 775 20
I.P. Pankrác 6
ARO
7/14

TECHNIK

PEPE O.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

515-06

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY **ZE DNE**

UVEDENÍ DO PROVOZU ☒ **MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA**

ZÁRUČNÍ OPRAVA ☐ **PERIODICKÁ KONTROLA**

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAČNÍ PROUD	VYHOVUJE
QC 100 166	MATRACE V-CUE	Q19 Ω	C18,95 MΩ	Q10 mA	ANO
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘÍČHO PŘÍSTROJE: „MEDITEST 50“ - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 205011; 200314.

DRUH PRÁCE

MATRACE V-CUE: (ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA QC 100 166) VADNÝ KONEKTOR VZDUCH. FRIKOVEN. (119-010-0017) KÝB. KÓDY - 912, 100, 805, 806, 812, 811, 807, 803, 802, 108, 300, 107, CHYBÍ ČIDLA JEDNICE + "PROČKA", DISPLAY NA ČARU, LOW BATTERY, OPER. CAS VALVE BOARD - L-2066, R-2066, UTIČENÍ, KONEKTOR ČIDLA JEDNICE, NEFUNKČNÍ HEAD OF BED SENSOR - ODLIŽENÍ, ODPSTRAVENÍ CHYB. HLAŠENÍ, NAHRÁZENÍ VADNÝCH DÍLŮ Z MATRACE (1/1 QC 100 166), MYNÍ TOUŽE HEAD OF B. SENSOR, JEZ ZAVAZ)

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

☒ ANO ☐ NE

* NEHODÍCÍ SE SKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
3	70,-	588 km	8,10 Kč/km	3h/km		1	269,-

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
					CEST. NÁKLADY	2 112,-
					VÝJ. POPLATEK	4 762,81,-
					ZTRÁT. ČAS	1 764,-
					ND + MATERIÁL	
					MĚŘ. IZ. STAVU	269,-
PRÁCI PŘEVZAL				PRÁCI PROVEDL		
31.8. 2006				Lo. 7. 2006		
Bc. Břetislav Vichr						
DATUM A JMÉNO				CELKEM V KČ (BEZ DPH)		
RAZÍTKO A PODPIS				8.907,80		
DATUM				PODPIS TECHNIKA		