

## Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník FN Olomouc

Přístroj Monitor

Typ S/5 Light

Výrobní číslo 4920167

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,30 mA      max. 0,5 mA
	Příložná část	0.01 mA      max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,15 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. ....66/06..... ze dne .....9.3.2006.....

#### Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Hoyer Praha s.r.o.** Provedeno dne : 9.3.2006  
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3  
DIČ: CZ60491582 (16)

Podpis : tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522 Datum příští kontroly : 3/2007  
Provozovna: Mládežnická 2251/51, 130 00 Praha 3