

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník FN Olomouc

Přístroj Monitor

Typ S/5 Light

Výrobní číslo 4920168

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,33 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0.01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,08 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.64/06..... ze dne9.3.2006.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582/ (16)

Provedeno dne : 9.3.2006

Podpis :

tel.: +420 225 001 522, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malesická 2251/51, 130 00 Praha

Datum příští kontroly : 3/2007