

výrobní číslo 108

provedené podle § 52, § 27, § 28 zákona 123/2000 Sb. v platném znění a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Názov el. spoločnice:	PEČIEKOVÝ, OHEĽMA TĚANĚ A INĤUZI
Majitel el. spoločnice:	FN OLOMOUC
Inventárn čísló:	D037205
Skupina používaní:	

Výrobce:	P.T.E. spol. s r.o.		
Typové označení:	077119	$2U_{II} [V]$ 230	$2U_{II} [\Delta]$ 03
Řídek výroby:	0004	$2U_{II} [W]$	
Výrobní číslo:	108	Řídek ochrany:	I.

[illegible]

b) Uveller:

P - přísloží s pevně připojeným slovným přívodem

C) - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

PP3 - prodlužovací přívod

N - měření náhradního unikajícího proudu

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLDOHOVE</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI 1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>108</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>8. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE – spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 8. 11. 2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Pekrt Václav

Podpis zadavatele: _____