

výrobní číslo

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Název el. spojitelnice:	PEČETOVNÁ	Invenční číslo:	37208	Výrobce:	P.T.E. spol. s r.o.	Rok výroby:	2007	Výrobní číslo:	MA
OHŘÍVAČ TRANSFORMÁTORU									
Majitel el. spojitelnice:	FN OLOMOUČ	3) Skupina používán:		Typové označení:	OTTA	$2U_n [V]$	$2I_n [A]$	$2P_n [W]$	Řídicí ochrana:
						230	0,3		I.

Datum kontroly či revize		Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Izolační stav			Podmínky měření		Zkouška chodu/ vyhodnocení ²⁾	Četkové vyhodnocení ²⁾	Termin další revize	Vykonat
					Izolační odpor [MΩ]	Měření proudů Metoda ⁵⁾ / [mA]		Sestava ⁶⁾	Délka síťového přívodu [m]				
8.11.2006	E	Průběh výhledu, kontrola, před. a norm. měření	✓	0,07	> 20	DR	0,10	P	2,5	✓	✓	11.11.2007	Robert Urbanec

R.T.E. spol. s r. o.
 servis
 Pohořlitzská (čtyřlístek) u P
 Tel.: 604 621 155, 728 929
 IČO: 61251712, DIČ: CZ6125

b) Uvefite:

Γ^3 - přístroj s první přípojeným síťovým převodem

O - přístroj s odpojicelným síťovým přívodem

PPV-prodlužovací přívod

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLOMOUČ</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	o
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	o
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	o
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	o
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	o
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	o
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	o
9. Výrobní číslo	<u>111</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>8. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	☒	o
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	o
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	o
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	o
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 8. 11. 2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Vlnář

Podpis zadavatele: _____