

07219
TYP

provedené podľa § 52, § 27, § 28 zákona 123/2000 Sb. v platnom znení

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

R.T.E. spol. s r.o.
 (Jugéno setině)
 Pohoří 11, 254 01 Jilové u Prahy
 Tel.: 606 421 665, 728 929 679
 IČO: 61251712, DIČ: CZ61251712

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLOMOUČ</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace stavu zapnuto	☒	0
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	• spínání termostatu	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• teplota spirály	☒	0
	PRAHA 8	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. OTI 1ADIS	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
9. Výrobní číslo	<u>116</u>	• přechodový odpor	☒	0
10. Datum zkoušky	<u>8.11.2006</u>	• izolační odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• unikající proudy PE- spirála	☒	0
		14. Vyhodnocení		
• kryty	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené parametry jsou stabilní	☒	0
• závěs horního krytu	☒	15. Datum příští kontroly		
• síťový vypínač	☒	<u>11. 2007</u>		
• krytka vypínače	☒			
• síťový přívod	☒			
• průchodka kabelu	☒			
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 8.11.2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Urbář

Podpis zadavatele: _____