


ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>PN Olomouc</u>	• vypínání tepelné pojistky	<input checked="" type="checkbox"/>	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	<input checked="" type="checkbox"/>	0
4. Podpis zadavat.	_____	• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřivač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	<input checked="" type="checkbox"/>	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	<input checked="" type="checkbox"/>	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	<input checked="" type="checkbox"/>	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	<input checked="" type="checkbox"/>	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	<input checked="" type="checkbox"/>	0
9. Výrobní číslo	<u>201</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>8. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	<input checked="" type="checkbox"/>	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		• unikající proudy		
• kryty	<input checked="" type="checkbox"/>	PE- spirála	<input checked="" type="checkbox"/>	0
• závěs horního krytu	<input checked="" type="checkbox"/>	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	<input checked="" type="checkbox"/>	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	<input checked="" type="checkbox"/>	parametry jsou stabilní	<input checked="" type="checkbox"/>	0
• síťový přívod	<input checked="" type="checkbox"/>	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	<input checked="" type="checkbox"/>			
• spirála	<input checked="" type="checkbox"/>			
• etikety	<input checked="" type="checkbox"/>			
• pečete	<input checked="" type="checkbox"/>			
• tepelná pojistka	<input checked="" type="checkbox"/>			
• pojistkový kroužek	<input checked="" type="checkbox"/>			
• topná cívka	<input checked="" type="checkbox"/>			
• termistor th1 NTC	<input checked="" type="checkbox"/>			
• těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>			
• deska elektroniky	<input checked="" type="checkbox"/>			
• displej	<input checked="" type="checkbox"/>			
• termistor th2 displeje	<input checked="" type="checkbox"/>			

Datum: 8. 11. 2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Vlnář 

Podpis zadavatele: _____