

výrobní číslo 247

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Výrobce:	RT.E. spol.s r.o.	Rok výroby:	2002	Vyrobní číslo:	217
Typové označení:	$\frac{2I_{U_{II}} V }{230}$	$\frac{2I_{I_{II}} V }{0,3}$	$\frac{2I_{I_{II}} W }{217}$	Třída ochrany: I.	
0111A					

[illegible]

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN Olomouc</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřivač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>217</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>8. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 8. 11. 2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Vlněš

Podpis zadavatele: Alvaro