

výrobní číslo
234

234

所附

R.T.E. spol. s r.o.
Sedis
Práhy
Č. 71, 123456789
Tel.: 606 42123456789 929 679
Fax: 61251712, DČ: CZ61251712

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel		• vypínání tepelné pojistky	✓	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	✓	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	✓	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	✓	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	✓	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	✓	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	✓	0
9. Výrobní číslo	<u>234</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>28.11.2006</u>	• přechodový odpor	✓	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	✓	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	✓	PE- spirála	✓	0
• závěs horního krytu	✓	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	✓	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	✓	parametry jsou stabilní	✓	0
• síťový přívod	✓	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	✓	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	✓			
• spirála	✓			
• etikety	✓			
• pečete	✓			
• tepelná pojistka	✓			
• pojistkový kroužek	✓			
• topná cívka	✓			
• termistor th1 NTC	✓			
• těsnění	✓			
• deska elektroniky	✓			
• displej	✓			
• termistor th2 displeje	✓			

Datum: 28.11.2006 Místo: Pohorč

Podpis technika: Robert Váňš

Podpis zadavatele: _____