

výrobní číslo 332

10

Výrobce: <i>R.T.E. spol. s r.o.</i>		Rok výroby: <i>2003</i>		Výrobní číslo: <i>332</i>	
Typové označení: <i>DT1A</i>		$2U_{II} [V]$ <i>230</i>	$2U_{II} [A]$ <i>0,3</i>	$2U_{II} [W]$	Třída ochrany: <i>I.</i>

[illegible]

S - přístroj inženýr samostatně

P - přístroj s pevně připojeným silovým přívodem

O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

PP2 - prodlužovací přívod

N - měření náhradního unikajícího proudu

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky 6153

2. Zadavatel FN Olomouc

3. Č. objednávky D 8791

4. Podpis zadavat. _____

5. Název přístroje Ohřívač transfuzí a infuzí

6. Výrobce R.T.E. spol. s r.o.
PRAHA 8

7. Typ OTI 1A

8. Třída bezpečnosti I

9. Výrobní číslo 332

10. Datum zkoušky 8.11. 2006

12. Funkční kontrola v pořádku závada

- vypínání tepelné pojistky ☒ 0
- el.kontrola topné cívky ☒ 0
- světelná signalizace stavu zapnuto ☒ 0
- spínání termostatu ☒ 0
- teplota spirály ☒ 0
- kontr.dlouhodobé stability ☒ 0
- kontr.OTI1ADIS ☒ 0

13. Kontrola elektrické bezpečnosti

- přechodový odpor ☒ 0
- izolační odpor ☒ 0
- unikající proudy PE- spirála ☒ 0

14. Vyhodnocení

Přístroj je zcela funkční a měřené parametry jsou stabilní ☒ 0

15. Datum příští kontroly

11. 2007

11. Vnější prohlídka v pořádku závada

- kryty ☒ 0
- závěs horního krytu ☒ 0
- síťový vypínač ☒ 0
- krytka vypínače ☒ 0
- síťový přívod ☒ 0
- průchodka kabelu ☒ 0
- zadní čelo ☒ 0
- spirála ☒ 0
- etikety ☒ 0
- pečete ☒ 0
- tepelná pojistka ☒ 0
- pojistkový kroužek ☒ 0
- topná cívka ☒ 0
- termistor th1 NTC ☒ 0
- těsnění ☒ 0
- deska elektroniky ☒ 0
- displej ☒ 0
- termistor th2 displeje ☒ 0

Datum: 8.11.2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Vlasák

Podpis zadavatele: _____