

výrobní číslo 333

0717A

ěm znění
nění

I rok vývoje: <i>2003</i> $2p_n w$	Vyrobil číslo: <i>333</i>
Třída ochrany: <i>I.</i>	

Ykonal	R.T.E. spol. s r.o. Jméno (číslo) Fonoří 73 1254 1254 Jilové u Prahy Tel.: 606 421 665, 728 929 611 IČO: 61251712, DIČ: CZ61251712
--------	---

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN Olomouc</u>	• vypínání tepelné pojistky	☑	0
3. Č. objednávky	<u>DO 8791</u>	• el. kontrola topné cívky	☑	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☑	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☑	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☑	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☑	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI ADIS	☑	0
9. Výrobní číslo	<u>333</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>24. 11. 2006</u>	• přechodový odpor	☑	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☑	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☑	PE- spirála	☑	0
• závěs horního krytu	☑	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☑	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☑	parametry jsou stabilní	☑	0
• síťový přívod	☑	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☑	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	☑			
• spirála	☑			
• etikety	☑			
• pečete	☑			
• tepelná pojistka	☑			
• pojistkový kroužek	☑			
• topná cívka	☑			
• termistor th1 NTC	☑			
• těsnění	☑			
• deska elektroniky	☑			
• displej	☑			
• termistor th2 displeje	☑			

Datum: 24. 11. 2006 Místo: Pohoří

Podpis technika: Robert Vlnář

Podpis zadavatele: _____