

TYP 077-1A

336

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Název el. spotřebiče:	PELTONOVY, OHŘÍVACÍ PRACF. A INERZI		
Majitel el. spotřebiče:	FN OLOMOVCE		
Inventurní číslo:	D 303 680		
3) Skupina používání:			
Výrobce:	P.T.E. spol. s ro.		
Typové označení:	OT114		
	$2U_{II}$ [V]	$2U_{II}$ [A]	
	230	0,3	
Rok výroby:	2003		
	$2P_{II}$ [W]		
Výrobní číslo:	336		
Třída ochrany:	I.		

Datum kontroly či revize		Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Izolační stav			Podmínky měření		Zkouška chodu/ vyhodnocení ⁴⁾	Celkové vyhodnocení ⁴⁾	Termín další revize	Vykonat
					Izolační odpor [MΩ]	Měřený proud Metoda ⁵⁾ / [mA]		Sestava ⁶⁾	Délka síťového přívodu [m]				
8.11.2006	R	Přístroj, napájecí kabel, přístroj a normální vybavení	V	918	>200	DR	0,11	P	2,5	V	V	11.11.2007	Robert Váňa

S - přístroj měřen samostatně

P - přístroj s převodě připojeným slovním převodem

O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

PP-protizánovaci příloha

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>6155</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN Olomouc</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	o
3. Č. objednávky	<u>DO 8701</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	o
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	o
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	o
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	o
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	o
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	o
9. Výrobní číslo	<u>336</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>8.11.2006</u>	• přechodový odpor	☒	o
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	o
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	o
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	o
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>11. 2007</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 8.11.2006 Místo: Olomouc

Podpis technika: Robert Vlniš

Podpis zadavatele: _____