

4597

výrobní číslo
337

4

1

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky 6155
 2. Zadavatel FN Plzeň
 3. Č. objednávky 20 8791
 4. Podpis zadavat. _____
 5. Název přístroje Ohřívač transfuzí a infuzí
 6. Výrobce R.T.E. spol. s r.o.
 PRAHA 8
 7. Typ OTI 1A
 8. Třída bezpečnosti I
 9. Výrobní číslo 337
 10. Datum zkoušky 29.11.2006

11. Vnější prohlídka	v pořádku	závada
• kryty	☒	0
• závěs horního krytu	☒	0
• síťový vypínač	☒	0
• krytka vypínače	☒	0
• síťový přívod	☒	0
• průchodka kabelu	☒	0
• zadní čelo	☒	0
• spirála	☒	0
• etikety	☒	0
• pečete	☒	0
• tepelná pojistka	☒	0
• pojistkový kroužek	☒	0
• topná cívka	☒	0
• termistor th1 NTC	☒	0
• těsnění	☒	0
• deska elektroniky	☒	0
• displej	☒	0
• termistor th2 displeje	☒	0

12. Funkční kontrola v pořádku závada

• vypínání tepelné pojistky	☒	0
• el.kontrola topné cívky	☒	0
• světelná signalizace	☒	0
stavu zapnuto	☒	0
• spínání termostatu	☒	0
• teplota spirály	☒	0
• kontr.dlouhodobé stability	☒	0
• kontr.OTI1ADIS	☒	0

13. Kontrola elektrické bezpečnosti

• přechodový odpor	☒	0
• izolační odpor	☒	0
• unikající proudy	☒	0
PE- spirála	☒	0

14. Vyhodnocení

Přístroj je zcela funkční a měřené parametry jsou stabilní ☒ 0

15. Datum příští kontroly

11. 2007

Datum: 29.11.2006 Místo: Pohoř

Podpis technika: Robert Váň

Podpis zadavatele: _____