

výrobní číslo 338

výrobní číslo 338

Název el. spojitelnice:	PB10KOVY
OHEBNÁČ TRAMF. A INPAZI	
Majitel el. spojitelnice:	
FV OLOMOUC	
Inventurní číslo:	D 037204
Skupina používán:	
Vyrobce:	R.T.E. spol. s r.o.
Typové označení:	OT1A
$2U_{II}$ [V]	230
$2I_{II}$ [A]	0,3
Rok výroby:	2003
$2P_{II}$ [W]	
Výrobní číslo:	338
Třída ochrany:	I.

[illegible]

5 - [risol] metel zantostanice

1-*Phenyl-3-phenylpropyl*carbamate

O-phenyl-5-sulphamoylphenylsulfonamide

[illegible]

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	6155
2. Zadavatel	FN Olomouc
3. Č. objednávky	DO 8991
4. Podpis zadavat.	
5. Název přístroje	Ohříváč transfuzí a infuzí
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.
7. Typ	OTI 1A
8. Třída bezpečnosti I	
9. Výrobní číslo	338
10. Datum zkoušky	8.11.2006
11. Vnější prohlídka	v pořádku
	závada
12. Funkční kontrola	v pořádku
	závada
13. Kontrola elektrické bezpečnosti	
• vypínání tepelné pojistky	☒
• el.kontrola topné cívky	☒
• světelná signalizace	☒
• stavu zapnutí	☒
• spínání termostatu	☒
• teplota spirály	☒
• kontr.dlouhodobé stability	☒
• kontr.OTTIADIS	☒
• přechodový odpor	☒
• izolací proudy	☒
• PF-spirála	☒
14. Vyhodnocení	
15. Datum příští kontroly	11.12.07
Přístroj je zcela funkční a měřené parametry jsou stabilní	☒
	☒
• kryty	☒
• závěs horního krytu	☒
• síťový vypínač	☒
• krytka vypínače	☒
• síťový přívod	☒
• průchodka kabelu	☒
• zadní čelo	☒
• spirála	☒
• etikety	☒
• pečete	☒
• tepelná pojistka	☒
• pojistkový kroužek	☒
• topná cívka	☒
• termistor th1 NTC	☒
• těsnění	☒
• deska elektroniky	☒
• displej	☒
• termistor th2 displeje	☒

Podpis zadavatele:

Podpis technika:

Robert Mareš R. Mareš

Datum: 8.11.2006 Misto: Olomouc