
PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA ENTERÁLNÍ PUMPY

Typ přístroje: enterální pumpa FLOCARE 800 II a	Výrobní číslo : 00-01138 Invent. číslo: C000209-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc Oddělení: Klinika anest.a resus. JIP
---	--	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Použité výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušební protokolů.

Prohlídka musí být prováděna každých:

24 měsíců

Zkušební příslušenství

REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008 přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			ano
Klávesnice-folie/ovládací prvky			ano
Síťová zásuvka a kabel			ano
Svěrka			ano
Baterie /akum./-záložní zdroj			ano
Nožičky			ano
Rotorek			ano
Dokumentace			xxx

Funkční zkouška

Průběh testu			ano
Zvukový-optický signál			ano
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			ano
Kontrola kapacity akumulátoru			ano
Signalizace displeje, indik. prvků			ano
Test-umlčení alarmu			ano
Kontrola rychlosti dávkování			ano

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : 0,14 Ω	Unikající proud : /PE 0,045 mA
----------------------	---	-----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: **ANO**

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení §27, 28 a 52, zákona č.123/2000Sb.

Datum přístří kontroly: 3/2010	Kontrolu provedl: J. Vitouš Datum : 14.3.2008 Podpis: 	Přístroj předán: Datum:   Podpis : 
MARTIN BÍČIŠTĚ - BICELS Kresslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 094, fax 495 217 191 DIČ CZ6404282192 IČO 155 91 051		

predati.

89	MILITARNI POSREDOVATELSTVO BEOGRADSKA 6, 775 20 BEK 541 111	07/18 DINARAC Dinarac
301	Klinika anesteziologije i resuscitacije Čakovačka 778	
073	Prednosta: MILIT. OPOSREDOVANJE	

28/4 Be. Remiz MIN 1018