

**Protokol o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku**

TYP OT11A

výrobní číslo 103

provedené podle § 52, § 27, § 28 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

KAR av.

Název el. společnosti: <b>PROTOKOLY, OHŘEVACÍ TRANSF. A INFUZE</b>		Inventární číslo: <b>D037203</b>	Výrobce: <b>R.T.E. spol. s r.o.</b>		Rok výroby: <b>2001</b>	Výrobní číslo: <b>103</b>
Majitel el. společnosti: <b>FN OLOMOUC KAR</b>		<sup>3)</sup> Skupina používání:	Typové označení: <b>OT11A</b>	<sup>2)U</sup> [V] <b>230</b>	<sup>2)I</sup> [A] <b>0,3</b>	Říada ochrany: <b>I</b>

Datum kontroly či revize	Typ <sup>1)</sup>	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Vyhodnocení <sup>4)</sup>	Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třicet I [Ω]	Izolační stav			Podmínky měření				Termin další revize	Vykonal
					Izolační odpor [MΩ]	Metoda <sup>5)</sup>	I [mA]	Sestava <sup>6)</sup>	Délka síťového přívodu [m]	Zkouška cncou/ vyhodnocení <sup>7)</sup>	Celkové vyhodnocení <sup>8)</sup>		
12.12.2007	R	Přístroj splňuje techn. předp. a normativní údaje V		0,26	>20	DE	0,20	P	2,5	V	V	12/2008	Robert Váňa

<sup>1)</sup> Uvedte: K - kontrola; R - revize

<sup>2)</sup> Uvedte jmenovité hodnoty spotřebiče.

<sup>3)</sup> Viz. ČSN 33 1610

<sup>4)</sup> Uvedte: V - vyhověl, N - nevyhověl

<sup>5)</sup> Uvedte: I - měření proudu protékajícího ochranným vodičem, IR - měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu, D - měření dotykového proudu, DR - měření rozdílového proudu, N - měření náhradního unikajícího proudu

<sup>6)</sup> Uvedte: S - přístroj měřen samostatně, P - přístroj s pevně připojeným síťovým přílvodem, O - přístroj s odpojitelným síťovým přílvodem, PP - prodlužovací přílvod

**R.T.E. spol. s r.o.**  
 Zdižbská 27, 160 00 PRAHA 8  
 IČ: 6123 5170, DIČ: CZ6125 712  
 +420 606 421 665, +420 728 921 670

# ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>4191</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLŠOVCE</u>	• vypínání tepelné pojistky	<input checked="" type="checkbox"/>	0
3. Č. objednávky	<u>DIS 0702693</u>	• el. kontrola topné cívky	<input checked="" type="checkbox"/>	0
4. Podpis zadavat.	_____	• světelná signalizace stavu zapnuto	<input checked="" type="checkbox"/>	0
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	• spínání termostatu	<input checked="" type="checkbox"/>	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o. PRAHA 8	• teplota spirály	<input checked="" type="checkbox"/>	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	<input checked="" type="checkbox"/>	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	<input checked="" type="checkbox"/>	0
9. Výrobní číslo	<u>103</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>12.12.2007</u>	• přechodový odpor	<input checked="" type="checkbox"/>	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		• unikající proudy PE- spirála	<input checked="" type="checkbox"/>	0
		14. Vyhodnocení		
		Přístroj je zcela funkční a měřené parametry jsou stabilní	<input checked="" type="checkbox"/>	0
• kryty	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• závěs horního krytu	<input checked="" type="checkbox"/>	0	15. Datum příští kontroly	<u>12.2008</u>
• síťový vypínač	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• krytka vypínače	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• síťový přívod	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• průchodka kabelu	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• zadní čelo	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• spirála	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• etikety	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• pečete	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• tepelná pojistka	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• pojistkový kroužek	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• topná cívka	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• termistor th1 NTC	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• deska elektroniky	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• displej	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
• termistor th2 displeje	<input checked="" type="checkbox"/>	0		

Datum: 12.12.2007 Místo: Rehov

Podpis technika: Robert Váňa

Podpis zadavatele: \_\_\_\_\_