Protokol o preventivní prohlídce a revizi zdravotnického prostředku
Typ OTI 1A **výrobní číslo** 335
(jednofázového elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu provedené podle ČSN 331610)
provedené podle §28 zákona 123/2000 Sb.

Název el. spotřebiče: PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TRANSF. A INFUZÍ	Inventární číslo:	Výrobce: R.T.E. spol. s r.o.		Rok výroby: 2003	Výrobní číslo: 335
Majitel el. spotřebiče: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC KAR	3)Skupina používání:	Typové označení: OTI 1A	2)U_n [V] 230 / 2)I_n [A] 0,3	2)P_n [W]	Třída ochrany: I.

Datum kontroly či revize	Typ 1)	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyjádření, závěry)	Vyhodnocení 4)	Odpor ochranného vodiče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační stav: Izolační odpor [MΩ]	Izolační stav: Měření proudu: Metoda 5)	Izolační stav: Měření proudu: I [mA]	Podmínky měření: Sestava 6)	Podmínky měření: Délka síťového přívodu [m]	Zkouška chodu/ vyhodnocení 4)	Celkové vyhodnocení 4)	Termín další revize	Vykonal: Revizní technik a podpis servis
2.5. 2005	R	VÝMĚNA OTI 1A DIS, DRŽÁKU A BATERII BEZ ZÁVAD	V	0,10	>20	DR	0,11	P	2,5	V	V	5/2006	R. Ulčar

R.T.E. spol. s r.o.
Pohoří 71, 254 01 Jílové u Prahy
Tel.: 606 421 665, 728 929 679
IČO: 61251712, DIČ: CZ61251712

1) Uveďte: K - kontrola; R - revize
2) Uveďte jmenovité hodnoty spotřebiče.
3) Viz. ČSN 33 1610
4) Uveďte: V - vyhověl, N - nevyhověl

5) Uveďte:
I - měření proudu protékajícího ochranným vodičem,
IR - měření proudu ochranným vodičem jako rozdílového proudu,
D - měření dotykového proudu
DR - měření rozdílového proudu
N - měření náhradního unikajícího proudu

6) Uveďte:
S - přístroj měřen samostatně
P - přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem
PP - prodlužovací přívod