

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc	
	Datex-Ohmeda	
Přístroj	ADU	Monitor
Typ	S/5 ₆	S/5
Výrobní číslo	40007823	817252
lč	1018599	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřicích funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,29 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,16 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.P 192/07..... ze dne ...17.7.07.....

Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

Hoyer Praha s.r.o.
Mělnická 10, Praha 3
IČ: 220491532 (16)
tel: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Matešická 2251/51, 130 09 Praha 3

Daniel Palíčka

Provedeno dne :

17.7.2007

Podpis :



Datum příští kontroly :

7/2008