HOYER PRAHA
A PART OF HOSPIMED

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku
dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc
	Datex-Ohmeda
Přístroj	ADU Monitor
Typ	S/5
Výrobní číslo	40139483 4785695
Ič	I020581

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☑	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☑	☐	Ovládací prvky, signalizace
☑	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☑	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,30 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,19 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. .....P121/08..... ze dne .....18.7.2008..... .

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřící přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička

Podpis :

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Provedeno dne : 18.7.2008

Datum příští kontroly : 7/2009