

0270P

# Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

**Zákazník** FN OLOMOUC

**Přístroj** *Cardio cap*

**Typ** *II*

**Výrobní číslo** *310675*  
*I 017381*

| Vyhovuje                            | Nevyhovuje               | Provedené kontroly.                            |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ovládací prvky, signalizace                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |

### Bezpečnostní test - měření

| Měřená veličina         |                | Naměřeno          | Limit        |
|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Celkový unikající proud | Přístupná část | <i>0,05</i> mA    | max. 0,5 mA  |
|                         | Příložná část  | <i>0,01</i> mA    | max. 0,05 mA |
| Izolační odpor          |                | <i>&gt; 20</i> MΩ | min. 20 MΩ   |
| Odpor ochranného vodiče |                | <i>0,09</i> Ω     | max 0,2 Ω    |

Reference: Servisní výkaz č. *764/05* ze dne *13. 3. 2005*

**Výsledek prohlídky (závěr):** *vyhoví*

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : *P. Hoyer*  
 Hoyer Praha s.r.o.  
 Jilmová 10, 130 24 Praha 3  
 DIČ: CZ60491582 (16)  
 tel.: +420 225 001 552, fax: +420 225 001 522  
 Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Provedeno dne : *13. 3. 2005*

Podpis : *[Signature]* Datum příští kontroly : *3/06*