

## Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

**Zákazník** \_\_\_\_\_ FN Olomouc  
 \_\_\_\_\_ Datex-Ohmeda  
**Přístroj** \_\_\_\_\_ CIRUS trans II  
**Typ** \_\_\_\_\_  
**Výrobní číslo** \_\_\_\_\_ 51040547  
 Ič \_\_\_\_\_ I020784

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,05 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,17 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. ....P331/07..... ze dne .....7.12.2007.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 7.12.2007

Podpis : Datum příští kontroly : 12/2008