

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník _____ FN Olomouc
 _____ Datex-Ohmeda

Přístroj _____ CIRUS trans II

Typ _____

Výrobní číslo _____ 51040551
 Ič _____ I020825

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,04 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,12 Ω	max 0,2 Ω


Reference: Servisní výkaz č.P335/07..... ze dne18.12.2007.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Palicka** Hoyer Praha s.r.o.
 Jilmová 10, 130 24 Praha 3
 IČ: CZ60491582 (16)
 tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
 Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 Provedeno dne : 18.12.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : 12/2008