

## Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

<b>Zákazník</b>	FN Olomouc
	Datex-Ohmeda
<b>Přístroj</b>	CIRUSTRANS II
<b>Typ</b>	
<b>Výrobní číslo</b>	51040566
IČ	1022620

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,05 mA      max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA      max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,08 Ω	max 0,2 Ω


Reference: Servisní výkaz č. ....P 315/07..... ze dne ...22.11.07.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Daniel Palicka**      Provedeno dne : 22.11.2007

Podpis :       Datum příští kontroly : 11/2008