

I 019734

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4

Zákazník	FN OLOMOUC	
Přístroj	CIRUS	CARDIOCAP
Typ	10930	II
Výrobní číslo	200149015	306325

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřicích funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,14mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0.01 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,07 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.216/06..... ze dne10.8.2006.....

Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 10.8 .2006

Podpis : **Hoyer Praha s.r.o.** Datum příští kontroly : 8/2007

Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (A5)
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 500
Provozovna: Malešická 225/151, 130 00 Praha 3