

## Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

<b>Zákazník</b>	FN OLOMOUC DATEX - OHMEDA		
<b>Přístroj</b>	CIRUS	Monitor	Monitor
<b>Typ</b>	10590	Cardiocap II	Ultima
<b>Výrobní číslo</b> Ič	9522017	309102 I017558	345171

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,06 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,12 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. .... P 168 /07..... ze dne ...21.6.07.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřící přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

**Hoyer Praha s.r.o.**  
Jilmová 10, 130 24 Praha 3  
DIČ: CZ260491582 (16)  
tel: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
Provozovna: Maléšická 2251/51, 130 00 Praha 3

**Daniel Palíčka**

Provedeno dne :

21.6.2007

Podpis :



Datum příští kontroly :

6/2008