

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4

Zákazník FN Olomouc

Přístroj Cirus Monitor

Typ 10930 A513

Výrobní číslo 9716 006 ✓ 812233

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☑	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☑	☐	Ovládací prvky, signalizace
☑	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☑	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část <u>0,11</u> mA	max. 0,5 mA
	Příložná část <u>0,011</u> mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor	<u>> 20</u> MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	<u>0,19</u> Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. 767/05 ze dne 30. 3. 2005

Výsledek prohlídky (závěr) :

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

MEDITEST 50 s/n 980447

Technik : Paříček

Provedeno dne : 30. 3. 2005

Podpis : Paříček

Datum příští kontroly : 3/06