

PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

Datum provedení prohlídky: 23.11.2005

008432

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	OK	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	OK	Izolační odpor (Mohm) : >400 Unikající proud (mA) : 0,00
3	Po prvním zapnutí	OK	
4	Čidla velikosti stříkačky	OK	
5	Membránová tlačítka a displej	OK	
6	Výpadek napájení	OK	
7	Lineární přesnost	OK	měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: -0,2 mm povolená odchylka: 18mm +/-0,3mm
8	Okluze	OK	
9	Vyrovnání svorky pístku	OK	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodícího šroubu	OK	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	OK	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	OK	

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu : **ANO** ~~NE~~

Podpis Technika :

Sek

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 23.11.2005

Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce
Smiths Medical International Ltd.
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)
platné v době jeho výroby.

Popis: Graseby 3100 Syringe Pump
Ref. číslo: 0131-0001
Výrobní číslo: 8432
Vlastník: FN Olomouc

Certifikát vydán společností: **ASQA a.s.**

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Číslo certifikátu: 05-0051

Autorizováno:



Datum: 23. 11. 2005

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 23. 11. 2006