

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

Datum provedení prohlídky: 29.9.2006

3653P

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	<b>Mechanická prohlídka</b>	✓	
2	<b>Zkouška elektrické bezpečnosti</b> provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	✓	Izolační odpor (Mohm) : > 400 Unikající proud (mA) : 0,00
3	<b>Po prvním zapnutí</b>	✓	
4	<b>Čidla velikosti stříkačky</b>	✓	
5	<b>Membránová tlačítka a displej</b>	✓	
6	<b>Výpadek napájení</b>	✓	
7	<b>Lineární přesnost</b>	✓	měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: -0,05 povolená odchylka: 18mm +/-0,3mm
8	<b>Okluze</b>	✓	
9	<b>Vyrovnání svorky pístku</b>	✓	
10	<b>Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodicího šroubu</b>	✓	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	✓	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	✓	

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu : **ANO** / ~~NE~~

Podpis Technika :

*caz*

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 29.9.2007

# Posouzení vlastností a technického stavu

*ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje  
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4  
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.*


*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce  
Smiths Medical International Ltd.  
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)  
platné v době jeho výroby.*

**Popis:** Graseby 3100 Syringe Pump  
**Ref. číslo:** 0131-0001  
**Výrobní číslo:** 036538  
**Vlastník:** FN Olomouc

Certifikát vydán společností: **ASQA a.s.**

Číslo certifikátu: 06-0028

Autorizováno:



Datum: 06. 10. 2006

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: říjen 2007