

PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

..... 36 599

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	OK	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	OK	Izolační odpor (Mohm) : > 400 Unikající proud (mA) : 0,01
3	Po prvním zapnutí	OK	
4	Čidla velikosti stříkačky	OK	
5	Membránová tlačítka a displej	OK	
6	Výpadek napájení	OK	
7	Lineární přesnost	OK	odčítka + 0,1 mm
8	Okluze	OK	
9	Vyrovnání svorky pístku	OK	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodícího šroubu	OK	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	OK	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	OK	

Podpis Technika :

Datum provedení prohlídky: 18. 11. 2005

ASQA a.s. *SKR*

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ

Doporučené datum následující periodické prohlídky:

18. 11. 2006

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz

KAR

I 018084

Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4 a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce Smiths Medical International Ltd. (dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.) platné v době jeho výroby.

Popis: Graseby 3100 Syringe Pump

Ref. číslo: 0131-0001

Výrobní číslo: 36549

Vlastník: FN Olomouc

Certifikát vydán společností: **ASQA a.s.**

ASQA a.s.
 Za potokem 46, 106 00 Praha 10
 tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
 IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Číslo certifikátu: 05-0028
 Autorizováno:

Datum: 18. 11. 2005

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.
 Doporučené datum následující periodické prohlídky: 18. 11. 2006