

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

Datum provedení prohlídky: 23.11.2005

54612

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	<b>Mechanická prohlídka</b>	OK	
2	<b>Zkouška elektrické bezpečnosti</b> provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	OK	Izolační odpor (Mohm) : <u>&gt; 900</u> Unikající proud (mA) : <u>0,001</u>
3	<b>Po prvním zapnutí</b>	OK	
4	<b>Čidla velikosti stříkačky</b>	OK	
5	<b>Membránová tlačítka a displej</b>	OK	
6	<b>Výpadek napájení</b>	OK	
7	<b>Lineární přesnost</b>	OK	měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: <u>-0,25</u> povolená odchylka: 18mm +/-0,3mm
8	<b>Okluze</b>	OK	
9	<b>Vyrovnání svorky pístku</b>	OK	
10	<b>Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodícího šroubu</b>	OK	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	OK	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	OK	

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu :  ANO /  NE

Podpis Technika :



**ASQA a.s.**

Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 23.11.2006

KAR

## Posouzení vlastností a technického stavu

*ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje  
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4  
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.*

*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce  
Smiths Medical International Ltd.  
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)  
platné v době jeho výroby.*

<b>Popis:</b>	<b>Graseby 3100 Syringe Pump</b>
<b>Ref. číslo:</b>	<b>0131-0001</b>
<b>Výrobní číslo:</b>	<b>54612</b>
<b>Vlastník:</b>	<b>FN Olomouc</b>

**Certifikát vydán společností: ASQA a.s.**

Číslo certifikátu: 05-0045

Autorizováno:



Datum: 22. 11. 2005

**ASQA** a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10  
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351  
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 22. 11. 2006