

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc
	Datex-Ohmeda
Přístroj	MONITOR
Typ	Compact S/5
Výrobní číslo	5169760
IČ	1022622

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,21 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,18 Ω	max 0,2 Ω


Reference: Servisní výkaz č. P 308/07..... ze dne ...20.11.07.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Daniel Palíčka** Provedeno dne : 20 .11.2007

Podpis :  Datum příští kontroly : 11/2008

HOYER PRAHA s.r.o.
Jilmová 2680/110, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)
tel: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Městecká 2251/51, 130 00 Praha 3