

## Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

<b>Zákazník</b>	FN Olomouc
	Datex-Ohmeda
<b>Přístroj</b>	MONITOR
<b>Typ</b>	Compact S/5
<b>Výrobní číslo</b>	6130307
Ič	I023063

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,17 mA
	Příložná část	0,01 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,07 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. ....P 336/07..... ze dne ...18.12.07.....

### Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

**Daniela Palíčka**

Hoyer Praha s.r.o.  
Jilmová 2650/10, 130 24 Praha 3  
DIČ: CZ60491582 (10)  
tel: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
Provozovna: Málašická 2251/51, 130 09 Praha 3

Provedeno dne :

18 .12.2007

Podpis :



Datum příští kontroly :

12/2008