

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4

Zákazník

FN Olomouc

Přístroj

EXCEL

Typ

940 MRI

Výrobní číslo

AMAW 01539

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část <u>N/A</u> mA	max. 0,5 mA
	Příložná část <u>N/A</u> mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor	<u>N/A</u> MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	<u>N/A</u> Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. 7928/05 ze dne 22.9.2005

Výsledek prohlídky (závěr) :

vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

Palička

Provedeno dne :

22.9.2005

Podpis :



Datum příští kontroly :

9/06