

## Protokol o přeměření anestetického odpařovače (v provozních podmínkách)

**Objednatel:** *FN Olomouc*

**Typ:** *Sigma Delta SEV* **v.č.** *D09024543*

**Výrobce:** **PENLON**

*K měření je použito plynového analyzátoru Datex-Ohmeda M-CAIOV, který je těsně před měřením kalibrován kalibračním plynem z tlakové láhve k tomu určené.*

**Měřeno při průtoku 5 L/min 100% kyslíku, teplota a barometrický tlak lokální !**

Nastveno	0	0,2	0,4	0,6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8
Měřeno	<i>0</i>	<i>0,23</i>	<i>0,39</i>	<i>0,65</i>	<i>1,17</i>	<i>1,63</i>	<i>2,29</i>	<i>2,88</i>	<i>3,49</i>	<i>4,63</i>	<i>5,74</i>	<i>6,91</i>	<i>8,09</i>	<i>9,31</i>
Tolerance Low	0	0,14	0,3	0,45	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4
Tolerance High	0,1	0,26	0,5	0,75	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
RESULT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Závěr: Odpařovač vyhovuje toleranci výrobce:      ANO      ~~NE~~**

**Doporučení:**

**Měření provedl:** **Ing. Daniel Paříčka**  
Jilmová 10, 130 24 Praha 3  
 DIČ: CZ60491582 (17)  
 tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522  
 Provozovna: Malesická 2251/51, 130 00 Praha 3

**Datum:** *18. 12. 2017*