

YBUX

Obchodní rejstřík Brno, oddíl C, vložka 21 517, DIČ: CZ 634 87 951
YBUX s.r.o., Lýskova 2, 635 00 Brno, tel./fax 546 223 024, www: ybux.eu

Protokol o validaci přístroje

Přístroj:

Elektronická aspirační pumpa Aspirátor 4014 – Labotect

Výrobní č. (Ser. Nr.): 0561

Servisní prohlídka:

Bez elektronických závad.

Provedena kalibrace na podtlak 225 mm Hg.

Výsledky kalibrace:

Hodnoty podtlaku (- mm Hg): předepsané vs. naměřené:

	499	513
	450	462
	375	384
	300	304
referenční hodnota	225	225
	150	146
	75	71
	60	58

Závěr :

Přístroj funkční – bez závad.

Datum vystavení: 19. 9. 2006



YBUX s.r.o., DIČ-IČO 291-63487951
Reg. u OR KS Brno, odd.C, vl. 21517
Lýskova 2, 635 00 Brno, Czech Rep.
www.ybux.cz, tel. +420-546 223 024

F. Foltýn – servisní technik