

Labotect Beratung Logistik Technik GmbH
Willi-Eichler-Straße 25 · D-37079 Göttingen

Prüfprotokoll

Gerätetyp: C 60

Ser. Nr.: 181

Fertigung ☒

Leihgerät ☐

Reparatur ☐

Umrüstung ☐

Testlauf

Umgebungstemperatur: 22 °C

Laufzeit: 3 Wochen

Betriebsspannung: 230 V

Temperatur / °C

Sollwert	Istwert
<u>37,0</u>	<u>✓</u>

Gaskonzentration / %

CO ₂	
Sollwert	Istwert
<u>5,0</u>	<u>✓</u>
O ₂	
Sollwert	Istwert
<u>21,0</u>	<u>✓</u>

Unterdruck / Druck /
in mmHg / mbar

Sollwert	Istwert
<u>/</u>	<u>/</u>

Prüfung der elektrischen Sicherheit:

Schutzleiterwiderstand	<0,2Ω	<u>0,08</u> Ω	Isolationswiderstand	>70MΩ	<u>> 200</u> MΩ
Ableitstrom	<0,75mA	<u>0,39</u> mA	Hochspannungsprüfung		<u>/</u> kV

st.

Funktionsprüfung – Gerät i.O. ☒

Sichtprüfung

	i.O.	Bemerkungen
Typschild	<u>✓</u>	
Aufschriften	<u>✓</u>	
Bedienelemente	<u>✓</u>	
Funktionsanzeigen	<u>✓</u>	
Netzschalter	<u>✓</u>	
Netzleitung	<u>✓</u>	

allgem. Bemerkungen: _____

Datum: 23.04.2008

Prüfer: Scd