

YBUX

Kontrolní / kalibrační protokol č. 0834N03

Přístroj: *INKUBATOR e42*

Výrobce: *LABOTEST*

Katalogové číslo:

Výrobní číslo: *3081*

Vizuální kontrola:

Výrobní štítek:	<i>✓</i>
Sítový kabel:	<i>—</i>
Ovládací prvky:	<i>✓</i>
Příslušenství:	<i>—</i>
Jiné poznámky:	<i>NEBŮJÍ DISPLAY</i>

Měřené hodnoty:

Požadovaná hodnota:

Naměřená hodnota:

Měřené hodnoty:	Požadovaná hodnota:	Naměřená hodnota:
Teplota (deg C):	<i>37,0°C</i>	<i>37,0°C</i>
Koncentrace CO2 (%):	<i>5,0%</i>	<i>5,0%</i>
Koncentrace O2 (%):	<i>—</i>	<i>—</i>
Pod/tlak (torr = mm Hg):	<i>—</i>	<i>—</i>

Kontrola elektrické bezpečnosti:

Ochranný odpor (Ohm):	<i>—</i>	<i>—</i>
Izolační odpor (MOhm):	<i>—</i>	<i>—</i>
Výbojový proud (mAmper):	<i>—</i>	<i>—</i>
Zkouška vysokého napětí (kVolt):	<i>—</i>	<i>—</i>

Výstupní kontrola:

Přístroj v pořádku / funkční:

ANO

NE

Poznámky k činnosti přístroje: *DOPORUČENÁ VÝMĚNA
DISPLAY*

Datum kontroly / kalibrace: *6.9.2008*

Servisní technik: M. Novák

YBUX s.r.o., IČ: 63487951, Lýskova 2, 635 00 Brno

Jednatel: MUDr. Boris Uličný

Za objednatele převzal dne

YBUX s.r.o.
Lýskova 2, 635 00 Brno
DIČ: CZ63487951